


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2374-11-334/19

Poznań, dnia 25 marca 2019 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. ZP/p/11/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **„Dostawa cementu kostnego i akcesoriów”**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania (dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia następujące rozwiązanie:

1. Cement kostny z gentamycyną, barwiony chlorofilem na zielono, przystosowany do mieszania ręcznego i w mieszalniku próżniowym, opakowania 1x40g i 2x40g.
2. Cement kostny z dwoma antybiotykami: gentamycyną i klindamycyną, barwiony chlorofilem na zielono, przystosowany do mieszania ręcznego i w mieszalniku próżniowym, opakowanie 1x40g.
3. Mieszalnik próżniowy do cementu – zestaw podwójny (tzw. biodrowy) zawierający 2 mieszalnikostrzykawki oraz zestaw pojedynczy, zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). Mieszalnik musi zawierać specjalną spłaszczoną dyszę do endoprotez stawu kolanowego. W zestawie są ponadto : uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz lejek. Mieszalniki muszą umożliwić wymieszanie od 40g do 120g cementu.
4. Cement kostny zwykły, umożliwiający dodanie dowolnego antybiotyku lub zestawu antybiotyków bez wpływu na właściwości mechaniczne cementu, barwiony chlorofilem na zielono, przystosowany do mieszania ręcznego i w mieszalniku próżniowym, opakowanie 1x40g.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza ww. opis jako drugi wariant.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Witold Pstrąg-Bieleński
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: A.Szyłko

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
A. Szyłko
mgr inż. Aleksandra Szyłko