


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

fax +48 61 84 64 765

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 21.05.2019 r.

ZP-2374.1.14/2019/EFK

ZP/p/2374-14-547/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego.

Nr postępowania: ZP/p/14/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

1. **Czy Zamawiający dopuści w części nr 1** bez zachowania pierwotnych parametrów, trzpień udowy, bezcementowy, prosty, pokryty porowatym tytanem na całej długości, opcjonalnie dopylany hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7mm offsetem oraz panewkę bezcementową, press-fit, pokrytą porowatym tytanem, napyłaną hydroksyapatytem w rozmiarach 44-62mm, panewka posiada także otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami, opcjonalnie dostępna wersja z gwintem na obrzeżu obrzeżu, śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm, wkład polietylenowy standardowy lub z okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36mm, głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w czterech długościach szyjki, wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36mm, głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32, 36mm w minimum trzech długościach szyjki?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. **Czy Zamawiający dopuści w części nr 2** bez zachowania pierwotnych parametrów, trzpień udowy, bezcementowy, prosty, pokryty porowatym tytanem na całej długości, opcjonalnie dopylany hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7mm offsetem oraz panewkę bezcementową, napyłaną hydroksyapatytem, w rozmiarach od 46 do 68 mm, z wcięciem mediocaudalnym chroniącym mięśnie i nerw udowy oraz zwiększającym zakres ruchu, śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm, wkład polietylenowy standardowy lub okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36mm, głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w czterech długościach szyjki?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK