


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**

**im. prof. Ludwika Bierkowskiego**



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
fax +48 61 84 64 765

[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 24.05.2019 r.

ZP-2374.1.14/2019/EFK  
ZP/p/2374-14-554/19

**Do wszystkich Wykonawców**  
**ubiegających się o udzielenie**  
**zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego.

**Nr postępowania: ZP/p/14/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

**Pytanie nr 1. dot. Części 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ:

- poz. 1: Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień posiada opcje standardową, lateralizowaną oraz ze skróconą długością szyjki. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. Stożek trzpienia 12/14;

- poz. 2: Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki oraz zaślepki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.

**- W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o zezwolenie na nie wycenianie poz. 3.**

- poz. 4: Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min. 3 długościach szyjki

- poz. 5: Śruby, do kości gąbczastej, o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm

**- W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o zezwolenie na nie wycenianie poz. 6 i 7.**

- poz. 8: Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min. 3 długościach szyjki

- poz. 9: Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanych produktów ze względu na brak wkładek ceramicznych.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Brankowskiego

*dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK