




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 26.08.2019 r.

ZP-2374.1.23/2019/EFK
ZP/p/2374-23-860,862,863,864/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rezonansu magnetycznego MR 1,5 T wraz z montażem celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/23/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 7

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §..... umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wprowadza do umowy następujące zapisy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

Pytanie nr 4:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękopisów za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy rozdziału VII SIWZ punkt 13 a):

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego), Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza oprócz środków opisanych w pkt 13a rozdziału VII dodatkowo oświadczenie producenta, natomiast nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy lub oświadczenia autoryzowanego producenta.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 2**Pytanie Nr 1: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 37**

Zamawiający wymaga dostarczenia cewki wielokanałowej, dedykowanej, sztywnej, nadawczo-odbiorczej, do badań stawu kolanowego, posiadającej w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących. Prosimy o równoważne dopuszczenie cewki o następujących parametrach: Cewka wielokanałowa, dedykowana, sztywna, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający równoważnie dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 65

Zamawiający wymaga automatycznego pozycjonowania i ułożenia warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonującego niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opisanej wyżej funkcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 3: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 135

Zamawiający wymaga sekwencji nawigatora dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opisanej wyżej funkcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 4: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 157

Zamawiający wymaga funkcji Obrazowania równoległego w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE). Wykonawca pragnie podkreślić, iż nasze systemy wykorzystują unikalny algorytm reprodukcji, opracowany przez naszą firmę, łączący w sobie zalety algorytmów rekonstrukcji typu SENSE oraz algorytmów rekonstrukcji typu GRAPPA. Formalnie algorytm jest zaliczany do kategorii GRAPPA, jednak posiada szereg mechanizmów i procedur wykorzystujących zasady algorytmu SENSE. Czy Zamawiający równoważnie dopuści wyżej opisane rozwiązanie .

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający równoważnie dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 5: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 217

Zamawiający oczekuje, by szybkość rekonstrukcji obrazów była wyższa niż 40 000 obrazów/sekundę. Prosimy o dopuszczenie systemu posiadającego szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV \geq 10 000 obrazów/s. Zmiana parametru z wartości 40 000 na 10 000, w praktyce skutkuje wydłużeniem czasu rekonstrukcji rzędu milisekund przy typowych sekwencjach, a więc jest niezauważalna dla użytkownika. Nawet w przypadku badań z ogromną ilością danych i obrazów (np. przy badaniu funkcjonalnym) gdzie ilość obrazów może osiągnąć 10 tysięcy lub więcej, efektywny czas rekonstrukcji wydłuży się z 0,25 sekundy do jednej sekundy a więc o 0,75 sekundy. Zmiana taka jest zupełnie nieistotna dla użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 6: dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 237

System konsoli lekarskich (10 sztuk) i kolejnych. Zamawiający oczekuje dostarczenia 10 stanowisk konsoli w architekturze klient/serwer. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie 10 sztuk konsoli „stand alone”? Z punktu widzenia użytkownika, funkcjonalność takiego rozwiązania pozostaje niezmienna, tak jak wszystkie specyfikacje oprogramowania dla każdej stacji. Każda ze stacji ma oczywiście dostęp do wszystkich badań pacjentów na systemie PACS.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 7: Gwarancja

Czy Zamawiający wymaga gwarancji producenta urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie Nr 8: Kody serwisowe

Czy Zamawiający wymaga aby kody serwisowe aparatu przeszły na własność Zamawiającego po upływie gwarancji producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający informuje, iż wymaga również dostarczenia rezonansu magnetycznego wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 3

1. Zamawiający w SIWZ w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 7a. wymaga, aby termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę był nie krótszy niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, oraz w Załączniku nr 2 w punkcie 332 zamierza premiować przedłużenie gwarancji do 120 miesięcy.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana razem z systemem rezonansu magnetycznego gwarancja była realizowana przez producenta oferowanego systemu rezonansu magnetycznego lub autoryzowany przez producenta podmiot, na dowód czego Wykonawca winien załączyć do oferty dokument autoryzacyjny wystawiony i podpisany przez producenta oferowanego systemu rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Zamawiający w punkcie 332 Załącznika nr 2 zamierza premiować przedłużenie gwarancji do 120 miesięcy przyznając aż 90 punktów, co stanowi blisko połowę z 210 wszystkich możliwych do przyznania punktów technicznych.

W ten sposób Zamawiający może doprowadzić do sytuacji, że oferta z bardzo długą gwarancją – 120 miesięczną, będzie ofertą wygrywającą, mimo znacznie większej ceny (blisko o 40%) niż pozostałe oferty.

Podczas poprzedniej edycji postępowania (postępowanie ZP/p/20/19) Zamawiający zamierzał premiować ten parametr (w punkcie 323 Załącznika nr 2) jedynie 20 punktami. Takie postępowanie wydaje się słuszniejsze.

Czy zatem Zamawiający dokona korekty ilości punktów przyznawanych w punkcie 332 Załącznika nr 2 z obecnych 90 pkt do 20 pkt?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 4

Pytanie do Załącznika nr 2, pkt. 338

Czy Zamawiający dopuści przełączniki równoważne do opisanych w pkt. 238 w zakresie funkcjonowania sieci w zakładzie radiologii, o poniższych parametrach? Poniższe przełączniki w pełni spełnią oczekiwania Zamawiającego.

Dwa przełączniki corowe, każdy przełącznik o specyfikacji:

Minimum 48*10G (SFP+), minimum 6*40G (QSFP+) (z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G)

Obsługa warstwy L2 i L3

Dedykowany port zarządzający RJ45

Prędkość przełączania pakietów min. 1 Mp/s

Dwa zasilacze (redundancji zasilania), redundanthy system wentylacji z chłodzeniem

Wymagania do L2:

Tablica MAC adresów min. 220 tys. Wpisów

Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN

Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP

Wsparcie dla IEEE 802.1s

Obsługa min. 128 grup łączy Link Aggregation w każdym po min. 8 portów

Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.3AD

Wymagania do L3:

Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP

Obsługa protokołów routingu (RIPv2 oraz RIPv6, OSPFv2 oraz OSPFv3, BGP4)

Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6

Obsługa balansowania ruchu ECMP

Obsługa redundancji routingu VRRPv3

Obsługa DHCP Relay

Wsparcie Multicast:

Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3, IGMP Snooping

Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM

Bezpieczeństwo: obsługa

DHCP snooping, MAC Security, IEEE 802.1x

Wraz z przełącznikiem sieciowym należy dostarczyć oraz zainstalować:

Kompatybilne z przełącznikiem wkładki 10G SFP+ LR (kompatybilne ze sprzętem serwerowym i macierzami) – 12 sztuk

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA
APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNYM

Maciej Olejniczak

Z poważaniem
DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Piotr Bieliński