


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 26.08.2019 r.

ZP-2374.1.23/2019/EFK
ZP/p/2374-23-830/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rezonansu magnetycznego MR 1,5 T wraz z montażem celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/23/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 9

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

dot. Załącznika nr 2 – Opis wymaganych parametrów technicznych

1. **Dot. pkt. Oprogramowanie wykorzystuje niekomercyjny system bazy danych np. postgresQL –**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie wykorzystujące komercyjny system bazy danych np. MySQL przy zapewnieniu ze strony Wykonawcy zakupu wymaganych licencji i wsparcia w okresie gwarancji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

2. **Dot. pkt. System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów –**

Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

3. **Dot. pkt. Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych –**



Czy Zamawiający dopuści system nie realizujący funkcjonalności automatycznego przenoszenia do archiwum badań odrzuconych? Nadmienimy, że zakwalifikowanie badania jako odrzucone powinno być zawsze świadomą i popartą na rzetelnej ocenie decyzją osoby odpowiedzialnej, a nie wynikiem działania „automatu”.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

4. **Dot. pkt. System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory)**
Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup.
Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory -

Czy Zamawiający dopuści system realizujący zarządzanie domeną poza systemem PACS?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

5. **Dot. pkt. System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanых uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych –**

Czy Zamawiający dopuści system PACS w którym dostęp do stacji diagnostycznych realizowany jest niezależnie od dostępu do systemu PACS?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

6. **Dot. pkt. System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego –**

Czy Zamawiający dopuści system w którym system PACS i WEB zarządzane są z oddzielnych paneli administracyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

7. Czy zamawiający dopuści system w którym: Mechanizm uprawnień pozwala na niezależne sterowanie dostępem do elementów systemu pogrupowanych wg. funkcjonalności jakich dostarczają, np.:
- Zarządzanie węzłami DICOM
 - Zarządzanie użytkownikami
 - Autorouting
 - Wyszukiwanie badań
- ltd.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

8. **System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się –**

Czy zamawiający dopuści system realizujący w/w funkcjonalność w zakresie systemu dystrybucji obrazów?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

9. **Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów –**

Czy zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

10. Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, Carestream, Impax inne (podać jakie) –

Czy Zamawiający posiada przeglądarkę ArVIEW firmy Synektik SA? Czy Zamawiający zechce zrezygnować z wymogu integracji z tą przeglądarką?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

11. Czy Zamawiający dopuści system RIS/PACS/WEB/teleect. - zarejestrowany w klasie wyrobu medycznego min. I?

Wymaganie od w/w systemów rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasady uczciwej konkurencji gdyż – w połączeniu z funkcjonalnościami wymienionymi w pytaniach 1-10 tworzy zestaw wymagań ograniczający sposób sztuczny krąg dostawców do 1 podmiotu tj. firmy Synektik SA. Inne podmioty profesjonalnie działające na rynku od lat, przy tak sformułowanych wymaganiach, wykluczone są możliwości złożenia Zamawiającemu oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZPOWIAŻANIE
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Ewleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANI
APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNYM

Maciej Olejniczak