


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 23.08.2019 r.

ZP-2374.1.25/2019/EFK
ZP/p/2374-25-859/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów RTG celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/25/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1 dotyczący parametrów technicznych dla RTG przyłóżkowe

Pytanie nr 1

42	Konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu na poziomie spełniającym wymogi normy min. IP57 lub IPX7
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego konstrukcja obudowy detektora ma poziom IP54 i tym samym zmieni zapis parametru? Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia ochronę przed wnikaniem wody i pyłu zgodnie z normą PN-EN 60529. Ponadto klasa wodoodporności IP54 ma optymalne zastosowanie w warunkach szpitalnych oraz jest wystarczająca przy urządzeniach tego rodzaju, a z punktu praktycznego wysoka klasa ochronności nie przynosi dla obrazowania żadnej wymiernej korzyści i jest tylko parametrem odróżniającym poszczególne rozwiązania technologiczne. Chcemy również zwrócić uwagę, że detektor o klasie IP57 pozwala zabezpieczyć jego wnętrze jedynie przed wpływem zanurzenia w wodzie na głębokość 0,15 m przez 30 minut. Jest to czysta hipoteza, ponieważ nie wykonuje się zdjęć rentgenowskich w takim środowisku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

43	Ciężar detektora ≤3,0 kg
----	--------------------------

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z detektorem o wadze 3,1 kg? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

73	Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej
----	--------------------------------------------------------

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG nie posiadający takiego oprogramowania?

Zamawiający punktuje rozwiązania, które ze względu na specyfikę pracowni nie będą wykorzystywane w codziennej pracy pracowni diagnostycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Z poważaniem
dr n. med. Witold Dąbrowski

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK