



Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.25/2019/EFK

ZP/p/2374-25-715/19

Poznań, dnia 10.09.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów RTG celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/25/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 9

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Część 1, Poz. nr 1, pkt.: 106: Możliwość dopasowania kąta wyświetlania zdjęcia

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie lekarskiej stacji opisowej, bez możliwości dopasowania kąta wyświetlania zdjęcia?

Uzasadnienie: Dopasowanie kąta wyświetlania zdjęcia stanowi element obróbki obrazu na konsoli technika. Brak tej funkcji nie wpływa na proces diagnostyczny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Część 1, Poz. nr 1, pkt.: 113: Filtr obrazów (wyostrz, wzmocnienie krawędzi, tłumienie szumów)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie lekarskiej stacji opisowej, w którym dostępny jest filtr „wyostrz” z regulowanymi parametrami *wartości* oraz *promienia wyostrzenia*?

Uzasadnienie: Filtr wyostrzający ze zmiennymi parametrami stanowi uniwersalne rozwiązanie, pozwalające również osiągnąć efekt wzmocnienia krawędzi oraz tłumienia szumów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ: UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszłości w szpitalu nieodpłatnie.

Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.

Pytanie:

1. Z jakimi systemami (nazwa systemu, producent) Zamawiający oczekuje integracji?
2. W jakim zakresie i formacie dostarczane przez Wykonawcę systemy informatyczne powinny zostać zintegrowane z systemami Zamawiającego?
3. Czy Wykonawca powinien pokryć roszczenia producentów systemów, z którymi Zamawiający oczekuje integracji? Jeśli tak to w jakiej kwocie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Część 1, Poz. nr 1, pkt.: 126: Możliwość wpisywania własnych raportów opisowych

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym możliwość wpisywania własnych raportów opisowych zapewniona jest w oprogramowaniu Zamawiającego, zintegrowanym z oprogramowaniem lekarskiej stacji opisowej?

Uzasadnienie: Opis badania jest jednym z elementów obiegu informacji w pracowni radiologii, a co za tym idzie powinien zostać wykonany w systemie który odpowiada za ten obieg informacji, np. w systemie RIS / HIS.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Część 1, Poz. nr 1, pkt.: 125: Tworzenie raportów strukturalnych

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie lekarskiej stacji opisowej, bez możliwości tworzenia raportów strukturalnych?

Uzasadnienie: jw., opis badania jest jednym z elementu obiegu informacji w pracowni radiologii, a co za tym idzie powinien zostać wykonany w systemie który odpowiada za ten obieg informacji, np. w systemie RIS / HIS.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Piotra-Bielecki

Wyk. w 1 egz.
1/1 strona internetowa
1/1 a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA
APARATURA I SPRZĘTEM MEDYCZNYM

Maciej Olejniczak