




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 02.09.2019 r.

ZP-2374.1.25/2019/EFK  
ZP/p/2374-25-696/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów RTG celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej  
**Nr postępowania: ZP/p/25/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy:** Załącznik nr 2 do SIWZ Część I Poz. nr 1 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym**

**Dotyczy pkt. 14 „Lampa RTG oraz detektor zawieszony na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie podwieszonych pod sufit.”**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat rtg w standardowej konfiguracji, to znaczy lampa rtg mocowana na zawieszeniu sufitowym, natomiast detektory umieszczone odpowiednio w stole kostnym (detektor bezprzewodowy do stołu i projekcji wolnych – pkt. 54-71) oraz w statywie płucnym (detektor stały, przewodowy do statywu płucnego – pkt. 71-78) spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy:** Załącznik nr 2 do SIWZ Część I Poz. nr 1 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym**

**Dotyczy pkt. 15 „Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi siedzącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora.”**

Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu, gdyż jest on niewykonalny przy standardowej konfiguracji aparatu z zawieszeniem sufitowym lampy rtg i uniemożliwia złożenie ważnej oferty? Zdjęcie rzepki można wykonywać na wiele innych sposobów aparatem rtg z zawieszeniem sufitowym w różnych projekcjach kątowych w zależności od potrzeb diagnostycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie zdjęcia rzepki w pozycjach kątowych.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy demontażu i utylizacji istniejącego aparatu rtg znajdującego się w pracowni przeznaczonej na nowy aparat rtg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający informuje iż powyższe zrealizuje we własnym zakresie.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Biernackiego  
  
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK