




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 02.09.2019 r.

ZP-2374.1.25/2019/EFK
ZP/p/2374-25-694/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów RTG celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/25/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Dotyczy: RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat bez możliwości wykonywania zdjęcia np. rzepek pacjentowi siedzącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora? Funkcjonalność tajest nietypowa i charakteryzuje aparat jednego producenta, ograniczając tym samym konkurencję. Prosimy o wykreślenie zapisu w całości lub dopuszczenie rozwiązania bez powyższej funkcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru w punkcie 23 sterowanie za pomocą dotyku na "ekranie dotykowym" jako parametru równoważnego. Poprosimy także o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zapis „sterowanie wszystkimi ruchami w osiach X, Y, Z lampy za pomocą jednego przycisku”? Joystick spełnia warunek, jednakże trudno sobie wyobrazić jeden przycisk sterujący powyższymi ruchami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor o wadze 3,1kg? Tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat z detektorem posiadającym wytrzymałość obciążeniową całej powierzchni min. 150 kg, biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający przyznaje punktację tego parametru technicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat z detektorem bez możliwości zapisu obrazów? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu obrazy mają być przechowywane w wewnętrznej pamięci detektora, jeśli wszystkie obrazy są natychmiast przekazywane do konsoli technika?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający zrezygnuje zapisu w punkcie nr 70 lub dopuści detektor w klasie ochronności IP54 -Ochrona przed dostępem do wnętrza, ochrona przed pyłem, ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Wymóg w pełni wodoodpornego detektora jest niezasadny w pracowni, gdzie aparat jest zamontowany na stałe i nie narażony na takie przypadki. W aparacie przyłóżkowym, gdzie taka sytuacja może mieć miejsce, Zamawiający wymaga dużo niższej klasy, a w aparacie stacjonarnym dużo wyższej - wymogi te są nie logiczne i nie zasadne? Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis w punkcie nr 71 – detektor stały. Czy Zamawiający oczekuje detektora wbudowanego na stałe, nie wyjmowanego, podłączonego kablem czy detektor podłączony na stałe kablem, ale z możliwością wyjmowania go ze statywu?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Dotyczy RTG przyłóżkowy

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat z najniższą wysokością ogniska lampy min. 76 cm? Różnica ta jest niewielka, dlatego zwracamy się z prośbą o odpuszczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat z ruchem teleskopowym i zasięgiem min. 36 cm w pozycji poprzecznej ramienia?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat z kołpakiem min. 800 kHU?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Czy Zamawiający może doprecyzować pkt 44, gdyż rozmiar detektora będzie pasował do każdego aparatu RTG posiadanego przez Zamawiającego. Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający chce użyć detektor z innego aparatu i odczytać z niego dane na stacji aparatu mobilnego? Stacja akwizycyjna aparatu mobilnego jest wbudowana na stałe w aparat, jeśli Zamawiający, chce korzystać z detektora aparatu mobilnego przy innym aparacie RTG powinien wymagać kupna aparatu analogowego, który będzie obsługiwany za pomocą niezależnego detektora z osobną stacją roboczą lub stacją w formie tabletu, co umożliwi stosowanie danego detektora w wszystkich aparatach posiadanych przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat bez funkcji opisanej w pkt 64? Funkcja tania nie wnosi do zakresu diagnostycznego badania, a wyłącznie jest tylko opcją danego producenta ograniczającą uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat z możliwością przejechania 3250 m bezdoładowywania akumulatorów? Różnica jest niewielka dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w całości punktów 71, 72, 73, ponieważ należy niewątpliwie zwrócić uwagę na fakt, iż opisane obecnie i wymagane przez Zamawiającego w tych punktach rozwiązania wskazują na konkretnego producenta aparatu i tym samym eliminują możliwość złożenia dobrej konkurencyjnej oferty, co może być uznane za naruszenie art. 7 ust 1 PZP w związku z art. 29 ust 2 PZP.

Podkreślić należy, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Naruszenie normy wynikającej z art. 29 ust. 2 PZP może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt lub wykonawcę) – co ma niewątpliwie miejsce w niniejszym przypadku (wyr. KIO z dnia 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1534/18).

Biorąc pod uwagę przepis z art. 7 ust 1 PZP w związku z art. 29 ust 2 PZP należy jednoznacznie stwierdzić, iż brak możliwości wprowadzenia uczciwej konkurencji w rozwiązaniach równoważnych może być uznane za naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Zamawiającego, dlatego wnosimy o wykreślenie powyższych punktów w całości.

W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o pełne i wyczerpujące uzasadnienie decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Barłkowskiego
dr n. med. Witold Piśtrąg-Bieleński