


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 29.08.2019 r.

ZP-2374.1.25/2019/EFK
ZP/p/2374-25-686/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów RTG celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/25/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Poz. 1 RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym.

Pytanie 1 dotyczące punktu 14 - Lampa RTG oraz detektor zawieszony na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie podwieszonych pod sufit.

Pragniemy zwrócić uwagę na puste pole w ww. punkcie, w kolumnie „wartość wymagana”. Prosimy o potwierdzenie, że brakuje potwierdzenia „TAK” przy powyższym parametrze.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w opisanej wyżej kolumnie zabrakło słowa „Tak”. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2 dotyczące punktu 54 - Detektor bezprzewodowy do stołu i projekcji wolnych

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na zapisu pkt. 14 wymagacie Państwo, aby detektor (wbudowany) o większym polu obrazowania podwieszony był na sufitowej kolumnie teleskopowej i obsługiwał zdjęcia na stole oraz przy statywie, a także przy stichingu. W związku z powyższym rozumiemy, że drugi detektor bezprzewodowy ma służyć do zdjęć wolnych, na łóżku pacjenta oraz z uwagi na wbudowaną pamięć może być wykorzystany do każdego analogowego aparatu przyłózkowego w celu wykonania zdjęcia w pełni cyfrowego.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 dotyczące punktu 71 -Detektor stały (przewodowy) do statywu

Prosimy o dopuszczenie detektora bezprzewodowego ze stałym ładowaniem w panelu Bucky bez konieczności jego wyjmowania.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 2 RTG przyłóżkowy

Pytanie 1 dotyczące punktu 41 - Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 250 kg

Prosimy o dopuszczenie detektora bezprzewodowego z dopuszczalnym obciążeniem 150kg. Dodatkowo jako zabezpieczenie dostarczamy z detektorem do wykonywania każdej ekspozycji pod obciążeniem osłonę (tunel) zabezpieczający.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 dotyczące punktu 94 - Maksymalny ciężar aparatu ≤ 500 kg

Prosimy o dopuszczenie RTG przyłóżkowego o wadze 575kg. Wyższa waga wynika z zainstalowania większej ilości akumulatorów zapewniających zwiększoną mobilność aparatu i możliwość wykonywania zwiększonej ilości w sytuacji zaniku zasilania doładowującego aparat.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bieleńskiego
Witold Pstrag-Bieleński
dr n. med. Witold Pstrag-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bieleńskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA
APARATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCZNYM**

Witold Pstrag-Bieleński