

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



## Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)

[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)

Poznań, dnia 26.09.2019 r.

ZP-2374.1.29/2019/EFK

ZP/p/2374-29-757/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń oraz centralnej sterylizacji” Część IV.

**Nr postępowania:** ZP/p/29/19

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

### ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

**Pytania dotyczące pakietu nr 5 Aparat EKG i pakietu nr 7 Centrala z kardiomonitorem modułowym**

**1. Dotyczy wzoru umowy: § 1 pkt. 5 oraz pkt. IV SIWZ**

Z uwagi na różne możliwości konfigurowania sprzętu jest on każdorazowo zamawiany pod konkretną specyfikacją klienta, a nie magazynowany na stanach. Czy w zakresie Części nr 5 i 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy w przypadku braku zgody na 6 tygodniowy termin dostawy w zakresie części nr 5 i części nr 7, Zamawiający odstąpi od 2 tygodniowego terminu dostawy i wyrazi zgodę na: dostawę nie później niż do 30.11.2019r.?

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**3. Dotyczy SIWZ pkt. VII 13.a)**

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**4. Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu umowy na: W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dniowy. W przypadku braku usunięcia naruszenia Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych dostaw na koszt Wykonawcy – bez upoważnienia sadu”. Zwracamy uwagę, iż to kary umowne chronią interes Zamawiającego w przypadku niezrealizowania dostawy przedmiotu dostawy lub nieusunięcia wad, usterek lub braków. Dla Wykonawcy zaś kary umowne stanowią środek dyscyplinujący.

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**5. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przewidziany na usunięcie awarii bez konieczności sprowadzenia części zamiennych wynosił 48 godzin w dni robocze i zgodzi się na następującą modyfikację zapisu umowy:

*„Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od jej zgłoszenia (...)”?*

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**6. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 8**

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego dostarczonego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**7. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 10**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi wydłużające się ponad terminy określone w umowie, odpowiednio wydłużają okres gwarancji.*

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**8. Dotyczy wzoru umowy: § 5**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Kary umowne są z założenia środkiem dyscyplinującym Wykonawcę i chronią interes Zamawiającego, nie powinny zatem zniechęcać do udziału w postępowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

9. **Dotyczy wzoru umowy: §7 pkt. 1.4.**


Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron. Czy wobec tego Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu umowy poprzez dodanie fragmentu:

„Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, wyznaczając mu dodatkowy, nie krótszy niż 14 dniowy termin.”

**Odpowiedź Zamawiającego :** Zgodnie z SIWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
STACJA SERWISOWA KTOR DS. GOSPODAROWANIA  
MATERIAŁAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM

  
*Andrzej Olejniczak*