

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 26.09.2019 r.

ZP-2374.1.29/2019/EFK

ZP/p/2374-29-762/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń oraz centralnej sterylizacji” Część IV.

Nr postępowania: ZP/p/29/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 7

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Część nr 2

Pyt. 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z czaszą w kształcie koła, bez fizycznego podziału, zawierającą 6 segmentów wewnętrznych, o opływowym kształcie zapewniającym dobrą współpracę z nawiewem laminarnym i łatwą do czyszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których źródłem światła są 72 diody LED, co zapewni większe natężenie światła i większą bezcieniowość urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 16-28 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i będzie wymagał lamp z temperaturą barwową regulowaną w co najmniej trzech krokach, w zakresie co najmniej 3800-5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o głębokości oświetlenia 1000 mm, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego i wystarczającym dla każdej z dyscyplin chirurgicznych?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których źródłem światła są białe diody LED w tonach ciepłych i zimnych, co umożliwi regulację temperatury barwowej urządzeń i zapewni większy komfort pracy zespołowi chirurgicznemu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których panel sterowania jest umieszczony przy czaszy na przegubie zawieszenia? Jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia ergonomii.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z poborem mocy 60 W, co wynika z lepszych parametrów świetlnych urządzeń, niż minimalne oczekiwane przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o średnicy czasz wynoszącej 53 cm? Z punktu widzenia użytkownika liczą się parametry świetlne, a nie średnica czaszy.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o doskonałej mobilności i wadze całkowitej do 56 kg?


Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WIEJOWYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński


SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WIEJOWYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STANOWISKO
WYKONAWCY