

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 21.10.2019 r.

ZP-2374.1.32/2019/EFK

ZP/p/2374-32-858/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ V.

Nr postępowania: ZP/p/32/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Na podstawie art.38 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie treści siwz – **część nr 3 (poz.3) Zestaw Narzędzi Chirurgicznych I**

Pytanie nr 1 poz 7

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, zakrzywione, tępo tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 poz 10

Czy Zamawiający dopuści Imadło do szycia Masson, proste, rozmiar 0.5mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, szerokość końcówki roboczej 3.5mm, długość 27cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 poz 11

Czy Zamawiający dopuści Imadło do szycia De Bakey, proste, utwardzone wkładką węglową, dł 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4 poz 12

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki preparacyjne Gemini, zakrzywione 90 stopni, delikatne dł 28cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5 poz 13

Kleszcze Hemostatyczne Bridge, zakrzywione, dł 28cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6 poz 15

Czy Zamawiający dopuści pęsete atraumatyczną de Bakey, prosta, szer 2.7mm dł 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7 poz 23

Czy zamawiający dopuści Kleszcze Mayo Guyon, półokrągłe, dł 23cm według załączonej karty katalogowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 poz 25

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do mycia pola operacyjnego Maier, zakrzywione, z zapinką, dł 26cm według załączonej karty katalogowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Poz.27

Czy zamawiający dopuści narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali odpornych na korozję - ponieważ nie istnieje stal chirurgiczna- w najwyższych standardach procesów produkcyjnych. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami: N 58298:2010-9 (norma na stale na narzędzia chirurgiczne); EN ISO 7153-1:2002 (wymagania dla stali na narzędzia chirurgiczne) i DIN EN ISO 13402 (o odporności narzędzi na sterylizację)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 poz. 29

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez producenta własnej kuźni narzędziowej ponieważ narzędzia chirurgiczne można produkować w nowoczesny sposób bez stosowania procesów kucia jak również dlatego, że do produkcji wielu narzędzi objętych Państwa ogłoszeniem nie trzeba technologicznie procesów kucia np. dla pincet?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 poz. 34

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego skład stali użytej do produkcji opisanych narzędzi chirurgicznych ponieważ narzędzia te dopiero będą wyprodukowane po uzyskaniu zamówienia na podstawie przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 poz. 38

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów narzędzi w zakresie +/- 5mm ponieważ podana w specyfikacji tolerancja jest niezgodna z polskimi normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK


SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
APARATURA I SPRZĘTEM MEDYCYNICZYM

Małgorzata...

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński



HB 695 | MAYO-GUYON

23,0 cm/9"

Nierenstielklemme


Kidney pedicle clamps

Pince pour pedicules rénaux

Pinza para riñones

MAIER

Korn-(Polypen-) zangen
Polypus and dressing forceps
Pincès à pansements et à polypes
Pinzas para pólipos y vendajes



HB 855

22,0 cm/8³/₄"



HB 857

22,0 cm/8³/₄"

HB 856

26,0 cm/10¹/₄"

HB 858

26,0 cm/10¹/₄"

