

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70

[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



ZP-2374.1.37/2019/EFK  
ZP/p/2374-37-894/19

Poznań, dnia 15.11.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ VI

**Nr postępowania: ZP/p/37/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

**Pozycja nr 1 – Wózek do przewożenia chorych, szt. 13**

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaawansowany wózek do przewożenia chorych na kolumnach, bez regulacji elektrycznych, ze sterowaniem hydrauliczno - mechanicznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ.

2. Jeśli Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez regulacji elektrycznych, to prosimy o dopuszczenie następujących jego parametrów użytkowych:

- kolumny osłonięte gumowymi osłonami harmonijkowymi;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ.

- minimalna wysokość bez materaca 565 mm;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- zakres regulacji kąta oparcia pleców 0-70 stopni;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- zakres regulacji anty-Trendelenburga 16 stopni;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- dwie dźwignie blokady hamulca centralnego z funkcją jazdy na wprost zlokalizowane: jedna od strony głowy, druga od strony nóg pacjenta;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- brak zintegrowanego hamulca ręcznego;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ.

- maksymalne dopuszczalne obciążenie 230 kg;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ.

- zakres regulacji segmentu uda od 0 do 35 stopni

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- materac o grubości 80 mm;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- długość x szerokość materaca 1920 x 630 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o skorygowanie ewidentnej omyłki poprzez usunięcie punktu 9 warunków oferty, dotyczącego gwarancji na dyski twarde – jako niezwiązanego z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający usuwa pkt. 9 OPZ w Zał. nr 2 jako oczywista omyłka pisarska.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

Instytut Techniczny  
SAMODZIELNY  
TAKLAD  
MINISTERSTWA SPRAW WNE I ROLNICTWA  
W PROJEKCIACH I ADMINISTRACJI



Instytut Techniczny  
TAKLAD URZĘD  
MINISTERSTWA SPRAW WNE I ROLNICTWA  
W PROJEKCIACH I ADMINISTRACJI  
STANOWISZ INSPEKTOR DS. OCENY  
APARATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCYNICZNYM

