



Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0167/19-00/1170/2019/740, pod nazwą „Podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 20.02.2020 r.

ZP-2374.1.5/2020/EFK
ZP/p/2374-5-877/20

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego celem realizacji projektu: podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. Część I i II.

Nr postępowania: ZP/p/5/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 6

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytanie 1

Dotyczy części I, poz. 9, pkt. 6 tabeli - USG z możliwością fuzji obrazów MRI

Czy zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ultrasonograf wielozadaniowy z możliwością obrazowania fuzyjnego prostaty z monitorem min. 19 cali o rozdzielczości min. 1280 x 1024?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Dotyczy części I, poz. 9, pkt. 14 tabeli - USG z możliwością fuzji obrazów MRI

Czy zamawiający wymaga w postępowaniu najwyższej klasy ultrasonografu wielozadaniowego z możliwością obrazowania fuzyjnego prostaty z głowicą rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex o następujących parametrach:

- częstotliwość pracy min 8,0 - 11,0 MHz
- ilość elementów min 310
- jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty
- możliwość obrazowania end fire
- przystawka biopsyjna przechodząca przez środek głowicy oraz wzdłuż głowicy
- przyciski na głowicy do przełączania płaszczyzn obrazowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Dotyczy części I, poz. 9, pkt. 16 tabeli - USG z możliwością fuzji obrazów MRI

Czy zamawiający wymaga w postępowaniu najwyższej klasy ultrasonografu wielozadaniowego z możliwością obrazowania fuzyjnego prostaty z możliwością podłączenia głowicy objętościowej 360 stopni pozwalającą na dokładną analizę wykonanych badań w postaci sześcianu 3D?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o moduł obrazowania fuzyjnego oraz możliwości przyłączenia głowicy objętościowej 360 stopni.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMOZWIĘCZNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z poważaniem
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Biełkowskiego
dr n. med. Witold Ostrog-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK