

Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0167/19-00/1170/2019/740, pod nazwą „Podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 25.03.2020 r.

ZP-2374.1.13/2020/EFK
ZP/p/2374-13/2020

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego celem realizacji projektu: podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. Część I.

Nr postępowania: ZP/p/13/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

1. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie osobnej oferty na aparaty ultrasonograficzne opisane w SIWZ:

POZ. 9 - USG z możliwością fuzji obrazów MRI

POZ. 10 - Przenośne USG z sondą liniową, konweksową i rektalną (USG przyłóżkowe)?

Dopuszczenie do postępowania podmiotów specjalizujących się w sprzedaży aparatury ultrasonograficznej pozwoli na zaoferowanie aparatury spełniającej wszystkie potrzeby diagnostyczne Zamawiającego. Dodatkowo umożliwianie złożenia osobnej oferty na aparaty USG nie narazi Zamawiającego na dodatkowe koszty a zwiększy możliwości diagnostyczne Państwa placówki. Wnosimy o wydzielenie z postępowania pakietu dotyczącego aparatury ultrasonograficznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 9 - USG z możliwością fuzji obrazów MRI

1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę brzuszną bez przycisku do zamrażania obrazu? Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy Philips Healthcare, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Zwracamy się z prośbą o przeniesienie punktu do parametrów kryterium stanowiące ocenę oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

2. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową bez przycisku do zamrażania obrazu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę rektalną dwupłaszczyznową convex-convex bez przycisku do zamrażania obrazu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

4. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf do badań ginekologiczno-położniczych w których niezwykle ważna jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplerowskiego tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji?

Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

5. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać jak największą pamięć typu Cineloop? Obecnym standardem jest pamięć Cineloop o pojemnościach powyżej 15 000 obrazów. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał pamięci Cineloop o większej pojemności np. 15 000?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

6. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku funkcję adaptacyjnego obrazowania, które w znaczący sposób eliminuje artefakty szumowe i uwypukla kontury obrazowanych struktur, przedstawiając obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania MR? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 10 - Przenośne USG z sondą liniową, konweksową i rektalną (USG przyłóżkowe)

1. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf do badań ginekologiczno-położniczych w których niezwykle ważna jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplera tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji?

Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

2. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać jak największą pamięć typu CineLoop? Obecny standardem jest pamięć CineLoop o pojemnościach powyżej 15 000 obrazów. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał pamięci CineLoop o większej pojemności np. 15 000?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku funkcję adaptacyjnego obrazowania, które w znaczący sposób eliminuje artefakty szumowe i uwypukla kontury obrazowanych struktur, przedstawiając obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania MR? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr in. med. Witold Pstrąg-Bieleński