

Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0167/19-00/1170/2019/740, pod nazwą „Podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.13/2020/EFK
ZP/p/2374-13/2020

Poznań, dnia 25.03.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego celem realizacji projektu: podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. Część I.

Nr postępowania: ZP/p/13/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytanie 1 dotyczy pozycji nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie lasera holmowego wysokiej mocy 100W - moc lasera wystarczająca do wykonania wszystkich zabiegów wymaganych przez Zamawiającego: enukleacji prostaty, kruszenia kamieni, nacinania szyi pęcherza, nacinania zwężeń cewki moczowej, usuwania guzów cewki moczowej, pęcherza moczowego, moczowodów. Dodatkowo zaproponowane urządzenie rozszerza możliwości zabiegowe o waporyzację prostaty. Funkcjonalność urządzenia ma szersze zastosowanie od wymaganych parametrów.

Proponujemy Laser holmowy o następujących parametrach:

1.	Urządzenie fabrycznie nowe,
	Laser interdyscyplinarny do zabiegów leczenia kamicy układu kielichowo miedniczkowego, nacięcie zwężenia dróg moczowych oraz BPH prostaty (waporyzacja i enukleacja)
	Laser holmowo-yagowy
	Moc minimum 100W - regulowana
	Długość fali 2100nm

	Częstotliwość impulsów regulowana w zakresie od 5Hz do 53Hz.
	Energia impulsu- regulowana 0,2- 3,5J
	Możliwość regulowania czasu trwania impulsu
	Laser bez limitacji ilości użyć włókien wielorazowych, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach.
	Zamknięty system chłodzenia wodno - powietrzny
	Dotykowy, kolorowy i obrotowy Panel sterujący wyświetlający jednocześnie dwa ustawienia mocy i czasu dla dwóch niezależnych przycisków sterownika nożnego
	Ustawianie wiązki naprowadzającej i natężenia wiązki wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby
	Trzyprzyciskowy sterownik nożny, dwa przyciski odpowiedzialne za uruchamianie dwóch niezależnych ustawień emisji wiązki oraz jeden przycisk przełączający tryby pracy urządzenia „standby/ready”
	Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: - długość impulsu - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli
	System zabezpieczający przed uruchomieniem emisji wiązki lasera w przypadku braku podłączenia włókna lub jego nieprawidłowego podłączenia
	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalania włókna lub innych zanieczyszczeń
	Możliwość współpracy lasera z włóknami 200 µm-1000 µm
	Włókno do giętkiego ureterorenoskopu - 3 szt
19.	Nóż i stripper do każdego włókna po 1 szt
20.	Włókno 365 µm - 3 szt
21.	Okulary ochronne - 5 szt

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem
DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński