

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 05.05.2020 r.

ZP-2374.1.17/2020/EFK

ZP/p/2374-17/2020

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ VII.

Nr postępowania: ZP/p/17/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 8

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Zapisy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści fartuchy RTG, nie będące wyrobami medycznymi, należąc do wyposażenia ochrony osobistej, posiadające deklarację CE wystawioną przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy z uwagi na fakt, że fartuchy szyte są pod konkretne zamówienie i nie ma możliwości wcześniejszego zabezpieczenia stanów magazynowych, Zamawiający wydłuży termin dostawy w Pakiecie 5 do 4 tygodni od daty zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5

Pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Prosimy o dopuszczenie fartuchów, wykonanych z dwuskładnikowej mieszanki bezołowiowej, pokrytych warstwą poliuretanu z dodatkową powłoką, która tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na plamy, fartuchy, wolne od lateksu i PCW, posiadające najwyższą odporność na zanieczyszczenia, powierzchnia bakteriostatyczna, przystosowane do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami, w 4 kolorach do wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prosimy o podanie, jakich rozmiarów fartuchów oczekuje Zamawiający w poszczególnych punktach, gdyż wielkość fartucha ma wpływ na jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi odpowiedziami. Zamawiający wyjaśnia, iż dla każdej pozycji z osobna określi rozmiary z oferowanego typoszeregu.

Pkt. 4, 5

Prosimy o podanie, czym różnią się opisane w obu pozycjach fartuchy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi odpowiedziami. Zamawiający wyjaśnia, iż dla każdej pozycji z osobna określi rozmiary z oferowanego typoszeregu.

Pkt. 6, 7, 8, 9, 10

Prosimy o podanie, czym różnią się opisane w obu pozycjach fartuchy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi odpowiedziami. Zamawiający wyjaśnia, iż dla każdej pozycji z osobna określi rozmiary z oferowanego typoszeregu.

Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy w rozmiarze uniwersalnym, dopasowywanych do obwodu szyi za pomocą zapięcia na rzep.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMOCHODNIEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pasąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Kierownik Działu
Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu
SAMOCHODNIEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego