

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 05.05.2020 r.

ZP-2374.1.17/2020/EFK

ZP/p/2374-17/2020

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ VII.

Nr postępowania: ZP/p/17/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 9

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń oraz centralnej sterylizacji. Część VII – znak postępowania ZP/p/17/2020 – cz. 1

Część nr 1 – Lampa Zabiegowa

Pytanie 1.

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty innemu podmiotowi niż firma Grovis będącym jedynym w Polsce dystrybutorem firmy Steris a tym samym lampy zabiegowej Xled 3?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający umożliwi złożenie oferty każdej firmie, która spełni wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający zniesie punktację wymaganego parametru: „Lampa kompatybilna z zamontowanymi na Bloku Operacyjnym lampami sufitowymi model XLED firmy STERIS Corporation. Możliwość zamiany czasz oświetleniowych pomiędzy lampą mobilną a ww. lampami sufitowymi. Kompatybilność i wymiennosc w/w elementów potwierdzona oświadczeniem firmy STERIS Corporation lub jej autoryzowanego przedstawiciela na Polskę”. Zastosowanie punktacji pozornie wskazuje na możliwość zaoferowanie lamp innym oferentom, lecz w praktyce przy takim systemie obliczania punktacji końcowej pozwala złożyć ofertę TYLKO JEDNEJ FIRMIE. Rozwiązanie takie nie tylko nie pozwala na równe traktowanie oferentów, ale wręcz uniemożliwia złożenie oferty korzystniejszej cenowo na lampę o co najmniej takich samych jak nie lepszych parametrach użytkowych. Zwracamy jednocześnie uwagę iż Zamawiający 80% możliwych do uzyskania punktów przyznaje lampie Steris Xled za parametr, który nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika lampy, co więcej – taka funkcjonalność nigdy nie zostanie wykorzystana”.

Jeśli odpowiedź Zamawiającego będzie negatywna to prosimy o odpowiedź ile razy i w jaki sposób Zamawiający będzie wymieniał czasy od lamp zabiegowych mobilnych Steris Xled 3 z lampami operacyjnymi (?) Steris Xled 3 na bloku operacyjnym? Czy tej wymiany będą Państwo dokonywali

samodzielnie czy też za pomocą autoryzowanego serwisu (szczególnie w czasie gwarancji). Powyższe dane są nam potrzebne do poprawnej kalkulacji oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o podstawie na pięciu kołach z hamulcami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 120000lx?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści czaszę jednoczęściową z matrycą dwuczęściową, w której obie części oddzielone są od siebie elementem tworzywowym obudowy czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z oświetleniem endoskopowym na poziomie 30% Ec max?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie od 12cm do 22cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze współczynnikiem R9- 92%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z wbudowanym diodowym wskaźnikiem intensywności oświetlenia, przedstawiającym możliwe do ustawienia poziomy intensywności 5 poziomów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z czaszą osadzoną na uchylnym ramieniu umożliwiającym zmianę pozycji czaszy w płaszczyźnie pionowej w zakresie 1300mm – 2300mm mierząc od podłogi do środka czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Umowa:

Par. 4 ust. 6 W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5, w sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następujących 5 dni oraz dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Par. 4 ust. 6 pakiet 1 Prosimy o odstąpienie od zapisu wymagania urządzenia zastępczego albo wymagania tego urządzenia po 14 dniach roboczych przeznaczonych na naprawę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Par. 4 ust. 8 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe w okresie wskazanym w ust. 2 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub

podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Par. 4 ust. 8 pakiet 1 Uprzejmie proszę o zmianę sformułowania : „do wymiany urządzeń na nowe” na „do wymiany danego podzespołu na nowe”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Par. 4 ust. 8 pakiet 1 Uprzejmie proszę doprecyzowanie, że trzy istotne awarie muszą być tego samego rodzaju obejmować ten sam podzespół/ element.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Par. 4 ust. 18 pakiet 1 Proszę o skrócenie czasu gwarancji na podzespoły do 6 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Par. 5 ust. 2.4 pakiet 1 Prosimy o dodanie, że suma kar nie może przekroczyć 5 % wartości Urządzenia oraz zmniejszenie kar do 0,2% za każdy dzień.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o zmniejszenie kar:

Par. 5, pkt 2,1) – do 0,5 %

Par. 5, pkt 2,3) – do 0,5 %.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
Z powołaniem
SAMODZIELNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Kierownik Działu
Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Maciej Olejniczak