



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.29/2020/ASZ
ZP/p/2374-29/2020

Poznań, dnia 27.08.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji CZĘŚĆ VIII.**
Nr postępowania: ZP/p/29/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

Część nr 2 – Fartuchy RTG:

Pytanie nr 1

Pkt. 4 - 11

Prosimy o wyjaśnienie, co charakteryzuje materiał EDGE Blayer, gdyż jest to nazwa handlowa materiału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga materiału dwuwarstwowego, bezołowiowego spełniającego aktualne normy w zakresie tego typu wyrobów.

Pytanie nr 2

Pkt. 6 - 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje osłon wykonanych z materiału bezołowiowego, jak w pozycjach 4 i 5?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania.

Pytanie nr 3

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie okularów okalających głowę, ramka wykonana z wytrzymałego tworzywa, zauszuki zakończone miękkimi końcówkami, odpinany wymienny pasek piankowy, zdejmowane noski, boczne osłony przeciwbryzgowe, rozmiar uniwersalny, waga max. 66 g, równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,75mmPb, boki 0,5 mmPb, jak na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 2-ch egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
Oprac. A.Szyłko

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
A. Szyłko
mgr inż. Aleksandra Szyłko

Kierownik Działu
Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Maciej Olejniczak