

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.34/2020/EFK
ZP/p/2374-34/2020

Poznań, dnia 20.10.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ IX.

Nr postępowania: ZP/p/34/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Dotyczy: zadanie 4 - urządzenie do czyszczenia parą

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

- max moc 3125 W zamiast 2500W
- ciśnienie regulowane w zakresie 4,5 - 8 bar?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający pisząc "zestaw końcówek do czyszczenia różnych przekrojów" miał na myśli "zestaw 6 adapterów"? Proszę o podanie rodzajów tych adapterów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje 6 adapterów o końcówkach posiadających różne przekroje i długości, które pozwolą na wstępne mycie i dezynfekcję całego instrumentarium będącego na wyposażeniu szpitala. Zamawiający mając na uwadze różne rozmiary i rodzaje występujące u producentów pozostawił w tym temacie dowolność Wykonawcom wymagając jedynie 6 różnych zestawów.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
Dział Zamówień Publicznych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Maciej Olejniczak

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Psztyg-Bieleński