



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.34/2020/EFK
ZP/p/2374-34/2020

Poznań, dnia 20.10.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ IX.
Nr postępowania: ZP/p/34/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Dotyczy: Poz. nr 3, punkty: 6; 7; 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18;

Prosimy o dopuszczenie urządzenia:

- systemu składającego się jednostki sterująco-grzewczej i pojedynczych kaset grzewczych przeznaczonych do wielokrotnego ogrzewania płynów u indywidualnego pacjenta.
- ze stałą zwalidowaną temperaturą ogrzewania i dostosowywaniu mocy grzania do szybkości przepływu i temperatury wejściowej płynu, co zapewnia bezobsługowe użytkowanie i eliminuje błędy personelu oraz zapewnia temperaturę wyjściową na poziomie 33-41°C.
- ze stałą zwalidowaną temperaturą ogrzewania bez jej regulacji przez obsługę lecz posiadającą automatyczną kontrolę mikroprocesorową temperatury ogrzewania, dokonywaną 4 x w ciągu 1 sekundy.
- o maksymalnej mocy grzewczej 900W.
- sklasyfikowanego jako urządzenie klasy I, typu BF, do użytku ciągłego. zgodnie z Wytycznymi IEC 60601-1.
- odpornego na kontakt z wilgocią, przeznaczonego do pracy w warunkach 10-85%rH, bez skraplania, z częścią grzewczą odporną na zalanie.
- o masie 3,4 kg.
- w którym podgrzanie do zadanej temperatury 41°C zajmuje mniej niż 2 minuty.
- z alarmem przy 43°C +3/-2°C i wyłączeniem w przypadku osiągnięcia temperatury grzania 44°C ± 2°C.
- o wymiarach: 11 cm wysokości x 19 cm szerokości x 25 cm długości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy: Poz. nr 3, punkty: 27; 28; 30; 32; 34; 35; 37; 38; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 49;

Prosimy o dopuszczenie urządzenia:

- o wymiarach: 33 cm wysokości x 33 cm głębokości x 36 cm szerokości.

- w którym spodnia część jest wykonana z bardzo trwałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego
- o masie 7,3 kg
- z przykryciami grzewczymi do ogrzewania konwekcyjnego z perforacją i wewnętrznym filtrem w urządzeniu o udokumentowanej klinicznie efektywności ogrzewania i zapobiegania zakażeniom u pacjenta.
- systemu ogrzewania z wysoce efektywną filtracją powietrza w urządzeniu eliminującą konieczność podwójnej filtracji powietrza, co potwierdzone jest wynikami badań klinicznych odnośnie zakażeń miejsca operowanego.
- z niepalnymi kołderkami wykonanymi z polipropylenu (I klasa palności).
- z kołderkami o konstrukcji i oznaczeniach zapewniających łatwe rozróżnienie powierzchni wierzchniej od spodniej (ogrzewającej od nieogrzewającej).
- wyposażonego wysoce efektywny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr powietrza typu MERV14 przeznaczonego do stosowania w urządzeniach medycznych używanych na bloku operacyjnym.
- z 4 zakresami temperatury: 32, 38 i 43°C oraz temperatura otoczenia.
- zapewniającego wizualną sygnalizację zmiany zakresu temperatury oraz wizualną i akustyczną (głośność) sygnalizację szybkości przepływu powietrza.
- zapewniającego wysoką efektywność ogrzewania poprzez zapewnienie przepływu powietrza na poziomie max 1404 l/min, co powoduje dostarczenie większej ilości ciepła do pacjenta w jednostce czasu.
- z termostatem -niezależnym obwodem elektronicznym (odcięcie termiczne powoduje wyłączenie elementu grzewczego w celu utrzymania temperatury powietrza na końcu węża na poziomie 53°C +/-3°C). i systemem alarmowym przegrzania (zwykle ≤56°C, 53°C+/- 3°C).
- z alarmem niedogrzanania - co najmniej 3°C poniżej wybranej temperatury/ustawienia przez 3 minuty.
- z wyświetlaczem przepracowanych godzin i konieczności wymiany filtra co 500 godzin zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WENETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pszta-Bieleński

Kierownik Działu
Aparatury Medycznej i Sprzętu
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WENETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Maciej Oteńiczak